

# Traitement de l'instrumentation pour hôpital de référence



## 1 Pre-desinfection



Immersion > 15 mn




OU



## 2 Nettoyage et rinçage



## 3 Séchage



## 4 Conditionnement



## 5 Sterilisation



## 6 Stockage

