

**EVALUATION DU PROGRAMME DE
PREVENTION DES INFECTIONS CROISEES
A LA FACULTE D'ODONTOSTOMATOLOGIE
DE VIENTIANE**



Faculté d'Odontostomatologie de Vientiane

Guillemette Clapeau / François Courtel (AOI) Octobre 2014

PLAN

- 1 Introduction
- 2 Méthode
- 3 Résultats
- 4 Recommandations

Annexes :

- Emploi du temps de l'évaluation
- Grille d'évaluation

RESUME

Introduction

La faculté dentaire a débuté un projet d'amélioration de l'hygiène dans ses services en 2008. Une stérilisation centrale a été mise en place en 2009. Deux évaluations ont eu lieu en 2010, et 2011.

En 2014, la faculté d'odontostomatologie effectue une nouvelle demande d'évaluation et d'appui à l'amélioration de l'hygiène à l'AOI.

Objectifs

Evaluation du programme de prévention des contaminations croisées à la faculté d'odontostomatologie de Vientiane

Résultats

Les résultats entre les différents services sont relativement proches en termes de notes. Certains services sont vétustes (parodontie, pédodontie, chirurgie) et nécessitent une rénovation. L'activité des services augmente et la capacité de la stérilisation centrale devra évoluer à l'avenir afin d'éviter la création de stérilisations parallèles. Certains champs de conditionnement sont troués et devraient être changés systématiquement.

La formation des étudiants est insuffisante, elle a été intégrée au curriculum, mais le nombre d'heures doit être augmenté.

Le lavage des mains et le nettoyage des surfaces entre les patients ne sont pas appliqués systématiquement.

	NOTE/20
STERILISATION	14,40
PEDODONTIE	14,81
CHIRURGIE	13,38
CONSULTATIONS	13,92
PARODONTIE	14,08
RESTAURATRICE	13,80
PROTHESE	15,53

Recommandations

1. Mise en place d'un système de monitoring des pratiques en hygiène des étudiants afin d'appliquer le lavage des mains et le nettoyage des surfaces entre tous les patients
2. Modification du bâtiment et de l'organisation des services
3. Renforcer la formation en hygiène des étudiants

Conclusion

La faculté continue à progresser concernant l'hygiène dans ses services, mais le lavage des mains et le nettoyage des surfaces n'est pas encore appliqué systématiquement entre les patients.

De nouvelles approches doivent être mises en place afin de réduire les fautes d'asepsie des étudiants. La priorité doit être donnée au monitoring des étudiants en mettant en place un système plus contraignant en cas de faute des étudiants.

1 . INTRODUCTION

La faculté dentaire a débuté un projet d'amélioration de l'hygiène dans ses services en 2009. Une stérilisation centrale a été mise en place, le système a beaucoup évolué depuis 2009.

Deux évaluations ont été réalisées en 2010 et 2011, le niveau général des services a été noté et analysé en détail grâce à des grilles d'évaluation.

En 2014, la faculté d'odontostomatologie effectue une nouvelle demande d'évaluation et d'appui à l'amélioration de l'hygiène à l'AOI.

Un nouveau projet d'appui est programmé entre l'AOI et la faculté dentaire de Phnom Penh.

Une évaluation des procédures de prévention des infections croisées a donc été réalisée en Octobre 2014.

Objectifs :

- Evaluation des procédures de prévention des contaminations croisées dans les services de la faculté d'odontostomatologie de Vientiane
- Discussions et rédaction participative de recommandations pour l'amélioration de l'hygiène à la faculté d'odontostomatologie

2 . METHODE

L'évaluation a été préparée en amont par les responsables de la faculté dentaire et le Dr François Courtel (AOI).

G. Clapeau a également participé à la mise au point du programme et des objectifs depuis la France.

La méthode :

- **Prise de contacts à la faculté d'odontomatologie de Vientiane**
Discussions sur la méthode et le programme
- **Evaluation des services de la faculté** : visite dans les services durant trois journées, évaluation des protocoles d'hygiène selon une grille présentée en annexe.

Les critères de notation sont les suivants (par exemple):

			coefficient	note	score
Lavabo propre	OUI	NON	2	0	0
Essuie-mains propres présents	OUI	NON	2	0	0
Savon liquide present	OUI	NON	2	1	2

Pour chaque service un liste d'item est observée, dans chaque cas il n'y a que deux réponses possible : oui ou non. Si l'item observé est réalisé partiellement (par exemple certains étudiants se lavent les mains après les soins et d'autres non), la note est NON. Le score OUI signifie que l'item est appliqué intégralement.


- **Discussion avec les responsables de la clinique, le recteur et le doyen de la faculté d'odontostomatologie** : Approche participative : analyses des évaluateurs et des responsables de la faculté.
- **Discussions sur les recommandations**

3 . RESULTATS

3.1. RESULTATS DE L'EVALUATION PAR OBSERVATION

	NOTE/20
STERILISATION	14,40
PEDODONTIE	14,81
CHIRURGIE	13,38
CONSULTATIONS	13,92
PARODONTIE	14,08
RESTAURATRICE	13,80
PROTHESE	15,53

* Voir détails en annexes



➤ Points forts et points faibles en stérilisation centrale :

Points forts :

- La marche en avant est bien respectée
- La gestion des instruments arrivant en zone de lavage est tracée
- Les procédures sont affichées
- La comptabilité des sets sortant est suivie

Points faibles :

- **Lavage des mains insuffisant**
- **Champs de conditionnement troués**
- **Indicateur de passage de taille trop faible**
- **Pannes trop récurrentes de l'autoclave**

➤ Points forts et points faibles dans les services

Points forts :

- Port de blouse et propreté des blouses
- Architecture de certains services : prothèse et restauratrice
- Présence de savon à chaque lavabo
- Centralisation de la distribution des sets d'instruments par la stérilisation centrale
- Très peu de port de bijoux et montres pendant les soins
- Utilisation des gants, aiguilles et carpules à usage unique

Points faibles :

- **Lavage des mains et présence d'essuie mains rares** malgré la disponibilité du savon
- **Surfaces du fauteuil et fauteuil (plateau, scialytique,...) non nettoyées** entre les patients
- **Très faible niveau de formation des étudiants**
- Lavage des instruments préalable à la prédésinfection dans quelques services
- Absence de périmés dans les stocks (sauf implant en chirurgie)
- Vétusté des locaux de chirurgie et parodontologie

➤ Points à étudier

- Détournement de l'activité de la stérilisation en chirurgie par la présence d'un stérilisateur qui est utilisé en cas de panne de la stérilisation et pour l'implantologie
- Circuit de prise en charge de l'instrumentation et rappel que la prédésinfection est la première étape de traitement de l'instrumentation
- Mise en place de mesures pour imposer le lavage des mains
- De l'utilité du port de masque systématique dès l'arrivée en clinique
- Bac de prédésinfection de volume non adapté ne pouvant respecter l'immersion totale des instruments

3.2. L'ENSEIGNEMENT EN HYGIENE

Actuellement, seuls des séminaires sont organisés pour les 4^{ème}, 5^{ème} et/ou 6^{ème} années non formalisés.

A partir de la rentrée universitaire en 2015, la formation en hygiène fera partie du cursus universitaire comptant 2 crédits avec :

- 6 heures théoriques
- 48 heures pratiques

4. RECOMMANDATIONS

➤ En matière architecturale

- Les locaux actuels de chirurgie sont exigus et vétustes. La chirurgie est le premier service à restructurer, les risques de contamination étant les plus élevés en pensant à isoler l'implantologie qui doit avoir un niveau de propreté irréprochable, l'implant étant fixé dans l'os.
Après la chirurgie, c'est la parodontologie et la pédodontie qui devront être restaurés.
- Dans l'ensemble tous les meubles en bois sont à remplacer.
- Concernant la stérilisation centrale, les locaux sont exigus : salle de conditionnement et zone de stérilisation. En cas d'achat d'un 2^{ème} autoclave l'agrandissement des locaux est inévitable.

➤ En matière de formation

- Augmenter le volume et la fréquence de l'enseignement en hygiène
- Renforcer la formation pratique des étudiants
- Renforcer la formation des enseignants
- Effectuer des évaluations fréquentes des étudiants en clinique sans les prévenir
- La réalisation d'une vidéo éducative doit être envisagée pour effectuer la sensibilisation et la formation continue des étudiants.

➤ En matière d'organisation et investissement

- Mettre en place un système de monitoring strict des étudiants afin de rendre le lavage des mains et le nettoyage des surfaces entre les patients obligatoires
- Des sanctions devraient être mises en place pour les étudiants qui ne respectent pas les règles de lavage des mains et nettoyage des surfaces
- Des protocoles détaillés de lavage des mains, pré-désinfection, tri des déchets, et de nettoyage des surface doivent être affichés dans les services.
- Les tissus essuie-mains et pour le nettoyage des surfaces ne sont pas systématiquement disponibles dans les services. Le système doit être amélioré afin d'avoir un stock d'avance dans les salles. L'utilisation de serviettes papier jetables doit également être envisagée.
- Remplacer tous les champs verts dont la majorité est trouée par de nouveaux champs de couleur différente et garder les champs verts comme essuie-mains. Respecter les 3 couleurs pour :
 - Les sets
 - Les essuie-mains

- Les lingettes pour le nettoyage des surfaces
- Les phases de maintenance de l'autoclave en stérilisation posent des problèmes dans le fonctionnement des services. Il faudrait envisager l'équipement d'un second autoclave de grande capacité. Cependant le problème d'espace se posera (voir plus haut).

ANNEXES

- Emploi du temps de la mission
- Grilles d'évaluation des services cliniques et de la stérilisation

Emploi du temps de l'évaluation

DATES	ACTIVITES
Arrivée 19/10/2014	Discussions et préparation de l'évaluation
Lundi 20	<ul style="list-style-type: none">- Rencontre avec le doyen- Evaluation de la stérilisation- Evaluation des consultations
Mardi 21	<ul style="list-style-type: none">- Evaluation de la pédodontie- Evaluation de la chirurgie- Evaluation de la restauratrice
Mercredi 22	<ul style="list-style-type: none">- Evaluation de la parodontologie- Evaluation de la prothèse- Restitution de l'évaluation et discussion avec le doyen de la faculté d'odontostomatologie et les enseignants
Jeudi 23	<ul style="list-style-type: none">- Conférence « Salt and Food Habits »
Vendredi 24	<ul style="list-style-type: none">- Conférence « Salt and Food Habits »
Samedi 25	<ul style="list-style-type: none">- Rédaction du compte rendu de mission
Dimanche 26	Retour en France

AUDIT FACULTE LAOS
SERVICE : STERILISATION CENTRALE
Evaluation des Procédures de Prévention des Infections Croisées

Personne(s) ayant effectué l'évaluation :
 Date : 20/10/2014
 NB : OUI = 1 NON = 0 NA = non applicable

CRITERES D'EVALUATION	OUI	NON	Coefficient	Note	Note finale	Commentaires
SAS D'ENTREE						
Porte d'entrée fermée	Oui	Non	2	1,00	2,00	
Murs propres	Oui	Non	1	1,00	1,00	
Sols propres	Oui	Non	2	1,00	2,00	COINS
Lavabo propre	Oui	Non	1	1,00	1,00	
Savon liquide présent	Oui	Non	2	1,00	2,00	
Essuie-mains propres	Oui	Non	1	0,00	0,00	ABSENCE
Poubelle pour essuie-mains présente	Oui	Non	1	0,00	0,00	ABSENCE
Rangement	Oui	Non	1	0,50	0,50	RIEN NE TRAIINE MAIS PLACARD SLE ET CHARGE
NOTE TOTALE			11		8,50	PROTOCOLE PRESENT
ZONE DE LAVAGE						
Porte d'entrée fermée	Oui	Non	2	0,00	0,00	PAS DE PORTE
Murs propres	Oui	Non	1	1,00	1,00	
Sols propres	Oui	Non	2	0,50	1,00	COINS DES PIÈCES SALES
Placards de rangement propres	Oui	Non	1	1,00	1,00	
Placards de rangement dégagés	Oui	Non	2	0,00	0,00	TROP DE STOCK
Evier propre	Oui	Non	1	1,00	1,00	
Savon liquide présent	Oui	Non	1	1,00	1,00	
Essuie-mains propres	Oui	Non	1	0,00	0,00	
Corbeille pour essuie-mains présente	Oui	Non	1	1,00	1,00	
Corbeille pour champs sales présente	Oui	Non	1	1,00	1,00	
Paillasses propres	Oui	Non	2	1,00	2,00	
Paillasses dégagées	Oui	Non	2	1,00	2,00	
Pédésinfectant présent	Oui	Non	1	1,00	1,00	HEANIOS G+R CHANGE TOUTS LES 2 JOURS
Brosses plastiques présentes	Oui	Non	2	1,00	2,00	
Eponges vertes absentes	Oui	Non	2	1,00	2,00	
Champs propres pour égouttage présents	Oui	Non	1	1,00	1,00	
Sas de passage des instruments fermé	Oui	Non	2	1,00	2,00	
Porte sas fermée	Oui	Non	2	1,00	2,00	
NOTE TOTALE			27		21,00	2 MALL DONT 1 EN PANNELL ET 1MAGL
ZONE DE CONDITIONNEMENT						
Porte vers zone de stérilisation fermée	Oui	Non	2	1,00	2,00	
Murs propres	Oui	Non	1	1,00	1,00	
Sols propres	Oui	Non	2	1,00	2,00	
Placards de rangement propres	Oui	Non	1	1,00	1,00	
Placards de rangement dégagés	Oui	Non	2	1,00	2,00	
Table de conditionnement propre	Oui	Non	2	1,00	2,00	
Table de conditionnement dégagée	Oui	Non	2	1,00	2,00	
Classeur de composition des sets présent	Oui	Non	2	0,00	0,00	CLASSEUR NON PRESENT DANS LA SALLE
Champs propres dans placard présents	Oui	Non	2	0,00	0,00	CHAMPS TROUES A CHANGER
Rouleau de conditionnement présent	Oui	Non	1	1,00	1,00	
Soudeuse présente	Oui	Non	1	1,00	1,00	
Sets propres uniquement présents	Oui	Non	2	1,00	2,00	
Chariot de passage des sets conditionnés présent	Oui	Non	1	1,00	1,00	
NOTE TOTALE			21		17,00	
ZONE DE STERILISATION						
Murs propres	Oui	Non	1	1,00	1,00	
Sols propres	Oui	Non	2	0,50	1,00	HAUT D'ARMOIRE NON NETTOYE
Sas de distribution des sets stériles fermé	Oui	Non	2	1,00	2,00	
Placards de rangement propres	Oui	Non	1	1,00	1,00	
Placards de rangement dégagés	Oui	Non	2	1,00	2,00	
Sets de soins stériles rangés	Oui	Non	2	1,00	2,00	
Sets stériles uniquement présents	Oui	Non	2	0,00	0,00	
Autoclave intérieur propre	Oui	Non	1	1,00	1,00	
Porte autoclave ouverte	Oui	Non	1	0,00	0,00	
Table propre	Oui	Non	1	1,00	1,00	
Table dégagée	Oui	Non	1	1,00	1,00	
Cahier de validation des charges présent	Oui	Non	1	0,00	0,00	
Cahier d'activité de stérilisation présent	Oui	Non	1	0,00	0,00	
Cahier de sortie des sets présent	Oui	Non	1	1,00	1,00	PAS DE STATISTIQUE MENSUELLE ANNUELLE
NOTE TOTALE			19		19,00	
HYGIENE DU PERSONNEL						
Absence bijoux, montre	Oui	Non	1	1,00	1,00	
Blouse propre	Oui	Non	1	1,00	1,00	
Lavage des mains préalable en entrant	Oui	Non	2	0,00	0,00	
Utilisation d'un essuie-mains	Oui	Non	1	0,00	0,00	
Essuie-mains utilisé mis dans corbeille	Oui	Non	1	0,00	0,00	
NOTE TOTALE			8		1,00	
NOTE DEFINITIVE			84		61	NOTE SUR 20 = 14,52

PENSER A ACHETER DES INTEGRATEURS DE STERILISATION

**AUDIT FACULTE LAOS
SERVICE : CONSULTATIONS = SALLE 1**

Evaluation des Procédures de Prévention des Infections Croisées

Personne(s) ayant effectué l'évaluation : GUILLEMETTE CLAPEAU / FRANCOIS COURTEL

Date : 20/10/2014

NB : OUI = 1 NON = 0 NA = non applicable

CRITERES D'EVALUATION	OUI	NON	Coefficient	Note	Note finale	Commentaires
SALLE DE SOINS						
Murs propres	OUI	NON	1	1	1,00	
Sols propres	OUI	NON	1	1	1,00	
Plafonds propres	OUI	NON	1	1	1,00	
Lavabo propre	OUI	NON	2	1	2,00	
Essuie-mains propres présents	OUI	NON	2	0,25	0,50	ESSUIE MAINS SUR 1 LAVABO/3
Savon liquide présent	OUI	NON	2	1	2,00	
Bac de prèdésinfection présent	OUI	NON	1	1	1,00	
Meuble propre	OUI	NON	1	0,50	0,50	MEUBLE SOUS EVIER NON PROPRE
Meuble dégagé	OUI	NON	1	0,50	0,50	
Table propre	OUI	NON	1	0,50	0,50	
Table dégagées	OUI	NON	1	1	1,00	
NOTE TOTALE			14		11,00	
RANGEMENT DANS MEUBLE						
Rangement effectué	OUI	NON	2	1	1,00	
Instrumentation triée	OUI	NON	1	0	0,00	
Matériel stérile mis à part	OUI	NON	2	0	0,00	PACK NON STERILE SANS INDICATEUR DE PASSAGE
Matériel non stérile séparé	OUI	NON	2	1	2,00	
NOTE TOTALE			7		3,00	
FAUTEUIL						
Fauteuil propre	OUI	NON	1	1	1,00	
Tablette de l'unit propre	OUI	NON	1	1	1,00	
Crachoir propre	OUI	NON	1	1	1,00	
Présence d'une poubelle pour déchets de soins	OUI	NON	2	1	2,00	
Sac dans poubelle	OUI	NON	2	1	2,00	
NOTE TOTALE			7		7,00	
AVANT TRAITEMENT						
Lavage des mains préalable au soin effectué	OUI	NON	2	1	2,00	
Utilisation d'un essuie-mains	OUI	NON	2	1	2,00	
Essuie-main utilisé mis dans corbeille	OUI	NON	1	1	1,00	
Bijoux absents	OUI	NON	1	1	1,00	
Montre absente	OUI	NON	1	1	1,00	
Avant-bras dégagés	OUI	NON	1	1	1,00	
Blouse propre	OUI	NON	1	1	1,00	
Masque porté	OUI	NON	1	1	0,50	
Gants portés	OUI	NON	2	1	2,00	
Bavette placée sur patient	OUI	NON	1	0	0,00	
NOTE TOTALE			13		11,50	
PENDANT LES SOINS						
Utilisation d'une aiguille par patient	OUI	NON	2	NA	NA	
Utilisation d'une carpule par patient	OUI	NON	2	NA	NA	
Aiguille non recapuchonnée	OUI	NON	2	NA	NA	
NOTE TOTALE			0		0,00	
EN FIN DE SOINS						
Aiguille mise dans conteneur spécial	OUI	NON	2	NA	NA	
Instruments sales placés dans bac de prèdésinfection	OUI	NON	2	NA	NA	
Nettoyage des instruments rotatifs	OUI	NON	2	NA	NA	
Nettoyage du plateau de l'unit	OUI	NON	1	NA	NA	
Nettoyage du fauteuil	OUI	NON	1	NA	NA	
Nettoyage de la tèteière	OUI	NON	1	NA	NA	
Déchets piquants - tranchants	OUI	NON	2	NA	NA	
Gants jetés dans poubelle	OUI	NON	1	NA	NA	
Lavage des mains (savon liquide)	OUI	NON	2	NA	NA	
Utilisation d'un essuie-mains UU	OUI	NON	2	NA	NA	
Essuie-main utilisé mis dans corbeille	OUI	NON	1	NA	NA	
NOTE TOTALE			0		0,00	
PREDESINFECTION						
Dilution respectée	OUI	NON	2	1	1,00	
Matériel immergé	OUI	NON	2	0	0,00	
Instruments ouverts	OUI	NON	1	1	1,00	Respect temps de trempage
Volume bac adéquat	OUI	NON	2	0	0,00	
Respect temps de trempage	OUI	NON	1	1	1,00	
NOTE TOTALE			8		3,00	
TRI DES DECHETS						
Déchets contaminés	OUI	NON	1	NA	NA	
Déchets non contaminés	OUI	NON	1	NA	NA	
Déchets piquants - tranchants	OUI	NON	1	NA	NA	
NOTE TOTALE			0		0,00	
PROTOCOLES						
Protocole nettoyage des mains affiché	OUI	NON	1	0	0,00	
Protocole prèdésinfection affiché	OUI	NON	1	0	0,00	PREDESINFECTANT CHANGE TOUS LES JOURS
NOTE TOTALE			2		0,00	
NOTE DEFINITIVE			51		35,50	13,92 / 20

MASQUE PORTE SYSTEMATIQUEMENT HORS SOIN
NE FONT PAS LA DIFFERENCE ENTRE CONDITIONNEMENT STERILE ET NON STERILE
ETUDIANTS EN BIEME ANNEE A FORMER

**AUDIT FACULTE LAOS
SERVICE : PEDODONTIE**

Evaluation des Procédures de Prévention des Infections Croisées

Personne(s) ayant effectué l'évaluation : CLAPEAU GUILLEMETTE / FRANCOIS COURTEL

Date : 21/10/2014

NB : OUI = 1 NON = 0 NA = non applicable

CRITERES D'EVALUATION	OUI	NON	Coefficient	Note	Note finale	Commentaires
SALLE DE SOINS						
Murs propres	OUI	NON	1	0,00	0,00	
Bois propres	OUI	NON	1	0,00	0,00	
Plafonds propres	OUI	NON	1	0,50	0,50	
Lavabo propre	OUI	NON	2	0,50	1,00	
Essuie-mains propres présents	OUI	NON	2	0,50	1,00	
Savon liquide présent	OUI	NON	2	1,00	2,00	
Bac de prèdesinfection présent	OUI	NON	1	1,00	1,00	DETDL 2 BOUCHONS / 2 LITRES D'EAU (2 BOUCHONS UTILISES TREMPAGE 2 HEURES)
Meuble propre	OUI	NON	1	0,00	0,00	TIROIR BOIS SOUS PAILLASSE
Meuble dégagé	OUI	NON	1	1,00	1,00	
Table propre	OUI	NON	1	1,00	1,00	
Table dégagée	OUI	NON	1	1,00	1,00	2 TABLES
NOTE TOTALE			14		9	
RANGEMENT DANS MEUBLE						
Rangement effectué	OUI	NON	2	0,50	1	
Instrumentation triée	OUI	NON	1	1,00	1	
Matériel stérile mis à part	OUI	NON	2	0,50	1	
Matériel non stérile séparé	OUI	NON	2	0,50	1	
NOTE TOTALE			7		4	
FAUTEUIL						
Fauteuil propre	OUI	NON	1	1,00	1,00	3 FAUTEUILS 1 FAUTEUIL OUT
Tablette de l'unit propre	OUI	NON	1	1,00	1,00	
Crachoir propre	OUI	NON	1	1,00	1,00	MEME BALAI ET MEME SOLUTION POUR TOUS LES CRACHOIRS
Présence d'une poubelle pour déchets de soins	OUI	NON	2	0,50	1,00	
Sac dans poubelle	OUI	NON	2	1,00	2,00	
NOTE TOTALE			7		6	
AVANT TRAITEMENT						
Lavage des mains préalable au soin effectué	OUI	NON	2	1,00	2,00	
Utilisation d'un essuie-mains	OUI	NON	2	1,00	2,00	
Essuie-main utilisé mis dans corbeille	OUI	NON	1	1,00	1,00	
Bijoux absents	OUI	NON	1	1,00	1,00	
Montre absente	OUI	NON	1	1,00	1,00	
Avant-bras dégagés	OUI	NON	1	1,00	1,00	TOUS SLOUZE MANCHES LONGUES
Blouse propre	OUI	NON	1	1,00	1,00	
Masque porté	OUI	NON	1	1,00	1,00	
Gants portés	OUI	NON	2	1,00	2,00	
Rayette placée sur patient	OUI	NON	1	0,50	0,50	2 FAUTEUIL SUR 3
NOTE TOTALE			13		13	
PENDANT LES SOINS						
Utilisation d'une aiguille par patient	OUI	NON	2	1,00	2	
Utilisation d'une capulle par patient	OUI	NON	2	1,00	2	
Aiguille non recapuchonnée	OUI	NON	2	1,00	2	
NOTE TOTALE			6		6	
EN FIN DE SOINS						
Aiguille mise dans conteneur spécial	OUI	NON	2	1,00	2	
Instruments sales placés dans bac de prèdesinfection	OUI	NON	2	1,00	2	
Nettoyage des instruments rotatifs	OUI	NON	2	0,00	0	
Nettoyage du plateau de l'unit	OUI	NON	1	1,00	1	MEME CHAMP POUR DIFFERENTS PATIENTS
Nettoyage du fauteuil	OUI	NON	1	0,00	0	NON - FAIT EN DEBUT DE JOURNEE
Nettoyage de la table	OUI	NON	1	0,00	0	
Déchets piquants - tranchants	OUI	NON	2	1,00	2	
Gants jetés dans poubelle	OUI	NON	1	0,00	0	
Lavage des mains (savon liquide)	OUI	NON	2	1,00	2	
Utilisation d'un essuie-mains UU	OUI	NON	2	1,00	2	
Essuie-main utilisé mis dans corbeille	OUI	NON	1	1,00	1	
NOTE TOTALE			17		12	
PREDESINFECTION						
Dilution respectée	OUI	NON	2	1,00	2	
Matériel immergé	OUI	NON	2	1,00	2	
Instruments ouverts	OUI	NON	1	1,00	1	
Volume bac adéquat	OUI	NON	2	0,00	0	
Respect du temps de trempage	OUI	NON	1	1,00	1	
NOTE TOTALE			8	4,00	6	
TRI DES DECHETS						
Déchets contaminés	OUI	NON	1	0,00	0	
Déchets non contaminés	OUI	NON	1	1,00	1	
Déchets piquants - tranchants	OUI	NON	1	1,00	1	
NOTE TOTALE			3	2,00	2	
PROTOCOLES						
Protocole nettoyage des mains affiché	OUI	NON	1	0,00	0	
Protocole prèdesinfection affiché	OUI	NON	1	0,00	0	
NOTE TOTALE			2	0,00	0	
NOTE DEFINITIVE			77		57	NOTE 14,61 /20

LAVAGE DES MAINS CORRECT
NETTOYAGE UNIT ABSENT
AUCUN PERME DANS LES STOCKS
NETTOYAGE CRACHOIR SYSTEMATIQUE

AUDIT FACULTE LAOS
SERVICE : CHIRURGIE

Evaluation des Procédures de Prévention des Infections Croisées

Personne(s) ayant effectué l'évaluation : CLAPEAU GUILLEMETTE

Date : 22/10/2014

NB : OUI = 1 NON = 0 NA = non applicable

CRITERES D'EVALUATION	OUI	NON	Coefficient	Note	Note finale	Commentaires
SALLE DE SOINS						
Murs propres	OUI	NON	1	1,00	1,00	
Sols propres	OUI	NON	1	1,00	2,00	
Plafonds propres	OUI	NON	1	1,00	1,00	
Lavabo propre	OUI	NON	2	1,00	2,00	1 LAVABO POUR 3 FAUTEUILS
Essuie-mains propres présents	OUI	NON	2	0,00	0,00	
Savon liquide présent	OUI	NON	2	1,00	1,00	
Bac de prèdesinfection présent	OUI	NON	1	1,00	1,00	
Meuble propre	OUI	NON	1	0,50	0,50	TABLE EN BOIS
Meuble dégagé	OUI	NON	1	1,00	1,00	
Table propre	OUI	NON	1	0,50	1,00	
Table dégagée	OUI	NON	1	0,00	1,00	
NOTE TOTALE			14		11,50	
RANGEMENT DANS MEUBLE						
Rangement effectué	OUI	NON	2	0,50	1,00	
Instrumentation triée	OUI	NON	1	0,50	0,50	
Matériel stérile mis à part	OUI	NON	2	0,00	0,00	PERIME EN IMPLANTOLOGIE
Matériel non stérile séparé	OUI	NON	2	0,00	0,00	
NOTE TOTALE			7	1,00	1,50	
FAUTEUIL						
Fauteuil propre	OUI	NON	1	0,50	0,50	3 FAUTEUILS
Tablette de l'unit propre	OUI	NON	1	0,50	0,50	
Crachoir propre	OUI	NON	1	1,00	1,00	
Présence d'une poubelle pour déchets de soins	OUI	NON	2	1,00	2,00	
Sac dans poubelle	OUI	NON	2	1,00	2,00	
NOTE TOTALE			7	4,00	6,00	
AVANT TRAITEMENT						
Lavage des mains notifiable au soin effectué	OUI	NON	2	1,00	2,00	
Utilisation d'un essuie-mains	OUI	NON	2	0,00	0,00	
Essuie-mains utilisé mis dans corbeille	OUI	NON	1	1,00	1,00	
Biloux absente	OUI	NON	1	0,50	0,50	PAS TOUS LES DENTISTES
Montre absente	OUI	NON	1	1,00	1,00	
Avant-bras dégagés	OUI	NON	1	1,00	1,00	
Blouse propre	OUI	NON	1	1,00	1,00	
Masque porté	OUI	NON	1	1,00	1,00	
Gants portés	OUI	NON	2	1,00	2,00	1
Bavette placée sur patient	OUI	NON	1	1,00	1,00	
NOTE TOTALE			13	8,50	10,50	
PENDANT LES SOINS						
Utilisation d'une aiguille par patient	OUI	NON	2	1,00	2,00	
Utilisation d'une capote par patient	OUI	NON	2	1,00	2,00	
Aiguille non recapuchonnée	OUI	NON	2	1,00	2,00	
NOTE TOTALE			6	3,00	6,00	
EN FIN DE SOINS						
Aiguille mise dans conteneur spécial	OUI	NON	2	1,00	2,00	
Instruments sales placés dans bac de prèdesinfection	OUI	NON	2	1,00	2,00	
Nettoyage des instruments rotatifs	OUI	NON	2	0,50	1,00	
Nettoyage du plateau de l'unit	OUI	NON	1	0,00	0,00	CHAMP SUR UNIT JOURNALIER
Nettoyage du fauteuil	OUI	NON	1	0,00	0,00	JAMAIS FAIT 1/JOUR
Nettoyage de la tête	OUI	NON	1	0,00	0,00	JAMAIS FAIT 1/JOUR
Déchets piquants - tranchants	OUI	NON	2	1,00	2,00	
Gants jetés dans poubelle	OUI	NON	1	1,00	1,00	
Lavage des mains (savon liquide)	OUI	NON	2	1,00	2,00	
Utilisation d'un essuie-mains UU	OUI	NON	2	0,50	1,00	
Essuie-main utilisé mis dans corbeille	OUI	NON	1	1,00	1,00	
NOTE TOTALE			17	7,00	10,00	
PREDESINFECTION						
Dilution respectée	OUI	NON	2	1,00	2,00	
Matériel immergé	OUI	NON	2	0,00	0,00	NON
Instruments ouverts	OUI	NON	1	0,00	0,00	
Volume bac adéquat	OUI	NON	2	0,00	0,00	BAC TROP PETIT
respect du temps de trempage	OUI	NON	1	1,00	1,00	
NOTE TOTALE			8	2,00	3,00	
TRI DES DECHETS						
Déchets contaminés	OUI	NON	1	1,00	1,00	
Déchets non contaminés	OUI	NON	1	1,00	1,00	
Déchets piquants - tranchants	OUI	NON	1	1,00	1,00	
NOTE TOTALE			3	3,00	3,00	
PROTOCOLES						
Protocole nettoyage des mains affiché	OUI	NON	1	0,00	0,00	
Protocole prèdesinfection affiché	OUI	NON	1	0,00	0,00	
NOTE TOTALE			2	0,00	0,00	
NOTE DEFINITIVE			77		51,50	NOTE = 13,38 / 20

1 AUTOCLAVE POUR L'IMPLANTOLOGIE AVEC INSTRUMENTS RESTANT DEDANS
INSTRUMENTS NETTOYES EN CHIRURGIE AVANT TREMPAGE
DETOURNEMENT DE L'ACTIVITE DE LA STERILISATION
LAVAGE DES MAINS CORRECT AVANT ET APRES

**AUDIT FACULTE LAOS
SERVICE : RESTAURATRICE**

Evaluation des Procédures de Prévention des Infections Croisées

Personne(s) ayant effectué l'évaluation : CLAPEAU GUILLEMETTE

Date : 21/10/2014

NB : OUI = 1 NON = 0 NA = non applicable

CRITERES D'EVALUATION	OUI	NON	Coefficient	Note	Note finale	Commentaires
SALLE DE SOINS						
Murs propres	OUI	NON	1	1,00	1,00	
Sols propres	OUI	NON	1	1,00	1,00	
Plafonds propres	OUI	NON	1	1,00	1,00	
Lavabo propre	OUI	NON	2	0,75	0,50	4 LAVABOS ESSUIE MAINS SUR 1 LAVABO
Essuie-mains propres présents	OUI	NON	2	0,00	0,00	
Savon liquide présent	OUI	NON	2	1,00	2,00	
Bac de préréinfection présent	OUI	NON	1	1,00	1,00	
Meuble propre	OUI	NON	1	0,50	0,50	MEUBLE EN BOIS ENCORE
Meuble dégagé	OUI	NON	1	0,50	0,50	
Table propre	OUI	NON	1	0,50	0,50	TABLE EN BOIS
Table dégagée	OUI	NON	1	1,00	1,00	
NOTE TOTALE			14		8,00	
RANGEMENT DANS MEUBLE						
Rangement effectué	OUI	NON	2	0,50	1,00	
Instrumentation triée	OUI	NON	1	0,50	0,50	
Matériel stérile mis à part	OUI	NON	2	0,50	1,00	
Matériel non stérile séparé	OUI	NON	2	0,50	1,00	
NOTE TOTALE			7	2,00	3,00	
FAUTEUIL						
Fauteuil propre	OUI	NON	1	1,00	1,00	4 FAUTEUILS
Tablette de l'unit propre	OUI	NON	1	1,00	1,00	
Craçhoir propre	OUI	NON	1	1,00	1,00	
Présence d'une poubelle pour déchets de soins	OUI	NON	2	0,75	1,50	
Sac dans poubelle	OUI	NON	2	1,00	2,00	
NOTE TOTALE			7	4,75	8,00	
AVANT TRAITEMENT						
Lavage des mains préalable au soin effectué	OUI	NON	2	1,00	2,00	
Utilisation d'un essuie-mains à UU	OUI	NON	2	0,00	0,00	
Essuie-main utilisé mis dans corbeille	OUI	NON	1	0,00	0,00	SERVIETTE EPONGE REUTILISEE
Blaoux absente	OUI	NON	1	1,00	1,00	
Masque absente	OUI	NON	1	1,00	1,00	
Avant-bras dégagés	OUI	NON	1	1,00	1,00	
Blaoux amont	OUI	NON	1	1,00	1,00	
Masque porté	OUI	NON	1	1,00	1,00	
Gants portés	OUI	NON	2	1,00	2,00	
Bavette placée sur patient	OUI	NON	1	1,00	1,00	
NOTE TOTALE			18		10,00	
PENDANT LES SOINS						
Utilisation d'une aiguille par patient	OUI	NON	2	NA	NA	
Utilisation d'une carapule par patient	OUI	NON	2	NA	NA	ANESTHESIQUE SI FUIRTE
Aiguille non recapuchonnée	OUI	NON	2	NA	NA	
NOTE TOTALE			0		0,00	
EN FIN DE SOINS						
Aiguille mise dans conteneur spécial	OUI	NON	2	1,00	2,00	
Instruments sales placés dans bac de préréinfection	OUI	NON	2	1,00	2,00	
Nettoyage des instruments rotatifs	OUI	NON	2	1,00	2,00	NETTOYAGE EXTERIEUR
Nettoyage du plateau de l'unit	OUI	NON	1	0,00	0,00	CHAMP SUPPLEMENTAIRE ENLEVE
Nettoyage du fauteuil	OUI	NON	1	0,00	0,00	NON
Nettoyage de la littérature	OUI	NON	1	0,00	0,00	
Déchets piquants - tranchants	OUI	NON	2	1,00	2,00	
Gants jetés dans poubelle	OUI	NON	1	1,00	1,00	
Lavage des mains (savon liquide)	OUI	NON	2	1,00	2,00	
Utilisation d'un essuie-mains UU	OUI	NON	2	0,00	0,00	
Essuie-main utilisé mis dans corbeille	OUI	NON	1	0,00	0,00	
NOTE TOTALE			17		11,00	
PREDESINFECTION						
Dilution respectée	OUI	NON	2	1,00	2,00	DETOL
Matériel immergé	OUI	NON	2	1,00	2,00	
Instruments ouverts	OUI	NON	1	1,00	1,00	
Volume bac adéquat	OUI	NON	2	0,00	0,00	DEMI JOURNEE
Respect temps de trempage	OUI	NON	1	1,00	1,00	
NOTE TOTALE			8		8,00	
TRI DES DECHETS						
Déchets contaminés	OUI	NON	1	1,00	1,00	
Déchets non contaminés	OUI	NON	1	1,00	1,00	
Déchets piquants - tranchants	OUI	NON	1	1,00	1,00	
Déchets d'amalgame	OUI	NON	0	0,00	0,00	
NOTE TOTALE			3		3,00	
PROTOCOLES						
Protocole nettoyage des mains affiché	OUI	NON	1	0,00	0,00	
Protocole préréinfection affiché	OUI	NON	1	0,00	0,00	
NOTE TOTALE			2		0,00	
NOTE DEFINITIVE			71		45,00	NOTE 13,80 / 20

ESSUIE MAINS USAGE MULTIPLE
UTILISE CHAMP UNIT POUR ESSUYAGE DES MAINS
CHAMP SUR PLATEAU UNIT 2 /JOUR
NETTOYAGE DU FAUTEUIL JOURNALIER

**AUDIT FACULTE LAOS
SERVICE : PARODONTOLOGIE**

Evaluation des Procédures de Prévention des Infections Croisées

Personne(s) ayant effectué l'évaluation : CLAPEAU GUILLEMETTE

Date : 21/10/2014

NB : OUI = 1 NON = 0

CRITERES D'EVALUATION	OUI	NON	Coefficient	Note	Note finale	Commentaires
SALLE DE SOINS						
Murs propres	OUI	NON	1	0,00	0,00	
Bois propres	OUI	NON	1	0,00	0,00	
Plafonds propres	OUI	NON	1	1,00	1,00	
Lavabo propre	OUI	NON	2	0,50	1,00	
Essuie-mains propres présents	OUI	NON	2	0,00	0,00	
Savon liquide présent	OUI	NON	2	1,00	2,00	
Bac de prèdésinfection présent	OUI	NON	1	1,00	1,00	
Meuble propre	OUI	NON	1	0,00	0,00	
Meuble dégagé	OUI	NON	1	0,50	0,50	
Table propre	OUI	NON	1	1,00	1,00	TABLE EN BOIS
Table dégagée	OUI	NON	1	0,00	0,00	
NOTE TOTALE			14		8,60	
RANGEMENT DANS MEUBLE						
Rangement effectué	OUI	NON	2	0,50	1,00	1 MEUBLE
Instrumentation triée	OUI	NON	1	0,50	0,50	
Matériel stérile mis à part	OUI	NON	2	0,50	1,00	
Matériel non stérile séparé	OUI	NON	2	0,50	1,00	
NOTE TOTALE			7		3,60	
FAUTEUIL						
Fauteuil propre	OUI	NON	1	0,50	0,50	VETUSTE
Tablette de l'unit propre	OUI	NON	1	0,50	0,50	TACHES
Crachoir propre	OUI	NON	1	1,00	1,00	
Présence d'une poubelle pour déchets de soins	OUI	NON	2	1,00	2,00	
Bac dans poubelle	OUI	NON	2	1,00	2,00	
NOTE TOTALE			7		8,00	
AVANT TRAITEMENT						
Lavage des mains préalable au soin effectué	OUI	NON	2	1,00	2,00	
Utilisation d'un essuie-mains	OUI	NON	2	0,00	0,00	
Essuie-main utilisé mis dans corbeille	OUI	NON	1	0,00	0,00	
Bijoux absents	OUI	NON	1	1,00	1,00	
Montre absente	OUI	NON	1	1,00	1,00	
Avant-bras dégagés	OUI	NON	1	1,00	1,00	
Bijoux propres	OUI	NON	1	1,00	1,00	
Masque porté	OUI	NON	1	1,00	1,00	
Gants portés	OUI	NON	2	1,00	2,00	
Bavette placée sur patient	OUI	NON	1	1,00	1,00	
NOTE TOTALE			13		10,00	
PENDANT LES SOINS						
Utilisation d'une aiguille par patient	OUI	NON	2	NA	NA	
Utilisation d'une carapule par patient	OUI	NON	2	NA	NA	
Aiguille non recapuchonnée	OUI	NON	2	NA	NA	
NOTE TOTALE						
EN FIN DE SOINS						
Aiguille mise dans conteneur spécial	OUI	NON	2	1,00	2,00	NA DETARTRAGE UNIQUEMENT
Instruments sales placés dans bac de prèdésinfection	OUI	NON	2	1,00	2,00	DETERGENT
Nettoyage des instruments rotatifs	OUI	NON	2	0,00	0,00	
Nettoyage du plateau de l'unit	OUI	NON	1	1,00	1,00	
Nettoyage du fauteuil	OUI	NON	1	1,00	1,00	
Nettoyage de la têteère	OUI	NON	1	1,00	1,00	
Déchets piquants - tranchants	OUI	NON	2	1,00	2,00	
Gants jetés dans poubelle	OUI	NON	1	1,00	1,00	
Lavage des mains (savon liquide)	OUI	NON	2	1,00	2,00	
Utilisation d'un essuie-mains UU	OUI	NON	2	1,00	2,00	
Essuie-main utilisé mis dans corbeille	OUI	NON	1	0,00	0,00	
NOTE TOTALE			17		14,00	
PREDESINFECTION						
Dilution respectée	OUI	NON	2	0,00	0,00	PRELAVAGE AU SAVON PUIS TREMPAGE DANS L'EAU
Matériel immergé	OUI	NON	2	1,00	2,00	
Instruments ouverts	OUI	NON	1	1,00	1,00	
Volume bac adéquat	OUI	NON	2	1,00	2,00	
Respect du temps de trempage	OUI	NON	1	1,00	1,00	
NOTE TOTALE			8		4,00	
TRI DES DECHETS						
Déchets contaminés	OUI	NON	1	1,00	1,00	NA DETARTRAGE
Déchets non contaminés	OUI	NON	1	1,00	1,00	
Déchets piquants - tranchants	OUI	NON	1	1,00	1,00	
NOTE TOTALE			3		3,00	
PROTOCOLES						
Protocole nettoyage des mains affiché	OUI	NON	1	0,00	0,00	
Protocole prèdésinfection affiché	OUI	NON	1	1,00	1,00	PROTOCOLE NON RESPECTE
NOTE TOTALE			2		1,00	
NOTE DEFINITIVE			71		50,00	NOTE = 14,17 / 20

14,08

PROTOCOLE DE PREDESINFECTION NON RESPECTE
LOCAUX A REMETTRE EN ETAT
SURTOUT DETARTRAGE ET TRAITEMENT DES GENCIVES

**AUDIT FACULTE LAOS
SERVICE : PROTHESES SALLE**

Evaluation des Procédures de Prévention des Infections Croisées

Personne(s) ayant effectué l'évaluation : CLAPEAU GUILLEMETTE

Date : 22/10/2014

NB : OUI = 1 NON = 0

CRITERES D'EVALUATION	OUI	NON	Coefficient	Note	Note finale	Commentaires
SALLE DE SOINS						
Murs propres	OUI	NON	1	1,00	1,00	
Bois propres	OUI	NON	1	1,00	1,00	
Plafonds propres	OUI	NON	1	1,00	1,00	
Lavabo propre	OUI	NON	2	1,00	2,00	
Essuie-mains propres présents	OUI	NON	2	1,00	2,00	
Savon liquide présent	OUI	NON	2	1,00	2,00	
Bac de prèdesinfection présent	OUI	NON	1	1,00	1,00	
Meuble propre	OUI	NON	1	1,00	1,00	
Meuble dégagé	OUI	NON	1	1,00	1,00	
Table propre	OUI	NON	1	1,00	1,00	
Table dégagée	OUI	NON	1	1,00	1,00	
NOTE TOTALE			14		14,00	
RANGEMENT DANS MEUBLE						
Rangement effectué	OUI	NON	2	1,00	2,00	
Instrumentation triée	OUI	NON	1	0,00	0,00	
Matériel stérile mis à part	OUI	NON	2	1,00	2,00	
Matériel non stérile séparé	OUI	NON	2	1,00	2,00	
NOTE TOTALE			7		8,00	
FAUTEUIL						
Fauteuil propre	OUI	NON	1	1,00	1,00	
Tablette de l'unité propre	OUI	NON	1	0,00	0,00	
Crachoir propre	OUI	NON	1	1,00	1,00	
Présence d'une poubelle pour déchets de soins	OUI	NON	2	1,00	2,00	
Bac dans poubelle	OUI	NON	2	1,00	2,00	
NOTE TOTALE			7		8,00	
AVANT TRAITEMENT						
Lavage des mains préalable au soin effectué	OUI	NON	2	0,00	0,00	
Utilisation d'un essuie-mains	OUI	NON	2	0,00	0,00	
Essuie-main utilisé mis dans corbeille	OUI	NON	1	0,00	0,00	
Bijoux absents	OUI	NON	1	0,50	0,50	
Montre absente	OUI	NON	1	1,00	1,00	
Avant-bras dégagés	OUI	NON	1	1,00	1,00	
Bouge propre	OUI	NON	1	1,00	1,00	
Masque porté	OUI	NON	1	1,00	1,00	MASQUE PORTE DES LE MATIN
Gants portés	OUI	NON	2	1,00	2,00	
bavette placée sur patient	OUI	NON	1	1,00	1,00	
NOTE TOTALE			13		7,50	
PENDANT LES SOINS						
Utilisation d'une aiguille par patient	OUI	NON	1	NA	NA	
Utilisation d'une carapule par patient	OUI	NON	2	NA	NA	
Aiguille non recapuchonnée	OUI	NON	2	NA	NA	
NOTE TOTALE			0		0,00	
EN FIN DE SOINS						
Aiguille mise dans conteneur spécial	OUI	NON	2	NA	NA	
Instruments sales placés dans bac de prèdesinfection	OUI	NON	2	0,00	0,00	
Nettoyage des instruments rotatifs	OUI	NON	1	0,00	0,00	
Rinçage de l'aspiration ou pompe à salive	OUI	NON	1	0,00	0,00	
Nettoyage du plateau de l'unité	OUI	NON	1	0,00	0,00	
Nettoyage du fauteuil	OUI	NON	1	0,00	0,00	
Nettoyage de la tête	OUI	NON	2	0,00	0,00	
Déchets piquants - tranchants	OUI	NON	0	NA	NA	
Gants jetés dans poubelle	OUI	NON	1	1,00	1,00	
Lavage des mains (savon liquide)	OUI	NON	1	1,00	1,00	
Essuie-main utilisé mis dans corbeille	OUI	NON	1	1,00	1,00	
NOTE TOTALE			13	3,00	3,00	
PREDESINFECTION						
Dilution respectée	OUI	NON	2	1,00	2,00	
Matériel immergé	OUI	NON	2	0,00	0,00	
Instruments ouverts	OUI	NON	1	1,00	1,00	
Volume bac adéquat	OUI	NON	2	0,00	0,00	
Respect temps de trempage	OUI	NON	1	1,00	1,00	
NOTE TOTALE			8	3,00	4,00	
TRI DES DECHETS						
Déchets contaminés	OUI	NON	1	1,00	1,00	
Déchets non contaminés	OUI	NON	1	1,00	1,00	
Déchets d'amalgame	OUI	NON	0	NA	NA	
NOTE TOTALE			2	2,00	2,00	
PROTOCOLES						
Nettoyage des mains	OUI	NON	1	0,00	0,00	
Protocole prèdesinfection affiché	OUI	NON	1	0,00	0,00	
NOTE TOTALE			2		0,00	
NOTE DEFINITIVE			47		36,50	NOTE = 15,53 / 20

PRESENCE D'UN AUTOCLAVE
PRESENCE D'UNE SOUDEUSE DE GAINES DE STERILISATION